

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Prístrojové vybavenie pre projekt INPORES

Obstarávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 23.07.2026 16:18:30

Zverejnené: 24.07.2026 08:57:38

Dobrý deň,

chcel by som sa informovať o akceptácii alternatívneho návrhu riešenia pre časť 3 s označením 01OV5 Prietokový 6-kanálový cytometer. V technickej špecifikácii je dopyt pre zariadenie s hmotnosťou do 15 kg. Požiadavku na maximálnu hmotnosť zariadenia nepovažujeme za kvalitatívny ani funkčný parameter, ale za diskriminačný, keďže nemá vplyv na výkon, presnosť ani spoľahlivosť systému.

Nami ponúkané alternatívne kompaktné stolové zariadenie s hmotnosťou do 32 kg má mierne vyššiu hmotnosť z dôvodu integrovaného automatického podávača vzoriek a zároveň umožňuje budúce rozšírenie systému až na tri lasery a 14 detekčných kanálov. Ponúkaný systém navyše nevyžaduje externú fluidickú jednotku ani samostatnú pracovnú stanicu a je ovládané štandardným notebookom, ktorý je možné umiestniť priamo na zariadenie, čím zostávajú jeho celkové priestorové nároky minimálne. Mierne vyššia hmotnosť preto nepredstavuje žiadne praktické obmedzenie používania zariadenia a je vyvážená jeho vyššou funkcionalitou a flexibilitou.

Bude akceptované zariadenie s hmotnosťou do 32 kg?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ špecifikoval parametre cytometra (01OV5 Prietokový 6-kanálový cytometer), týkajúce sa hmotnosti (do 15 kg) s úmyslom dodania jednoduchšieho zariadenia, ktoré vie v prípade potreby zamestnanec fyzicky presunúť. Nakoľko však tento parameter nie je pre funkčnosť a zamýšľané využitie podstatný, verejný obstarávateľ prijme aj cytometer s vyššou hmotnosťou a túto požiadavku nebude ďalej vo svojich požiadavkách uvádzať. V kontexte vyššie uvedeného a vzhľadom k svojim potrebám verejný obstarávateľ taktiež v súťažných podkladoch neuvádza požiadavku na automatický podávač vzoriek, ktorý nevyužije. Požiadavky na cytometer sú definované ako minimálne požiadavky, to znamená, že uchádzač môže ponúknuť aj prístroj, ktorého súčasťou je automatický podávač vzoriek.